

Bittium

Respiro Analyst™

Guida utente

Pubblicata da

Bittium Biosignals Ltd.
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio
Finlandia
Tel: +358 40 344 2000
www.bittium.com

Informativa legale

Copyright 2024 Bittium Biosignals Ltd. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso. Bittium Biosignals Ltd mantiene la proprietà dei materiali contenuti nel presente documento ed è titolare di tutti i diritti ad essi relativi. È vietata qualsiasi riproduzione del contenuto del presente documento senza la precedente autorizzazione scritta di Bittium Biosignals Ltd.

Informativa

Bittium Biosignals Ltd si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso in virtù del proprio impegno ai fini dello sviluppo e del miglioramento continuo. Bittium Biosignals Ltd non offre garanzie di alcun tipo in relazione a questi materiali, incluse, a titolo esemplificativo ma non limitativo, garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo. Bittium Biosignals Ltd non è da ritenersi responsabile per errori contenuti nel presente documento o per danni relativi alla fornitura, alle prestazioni o all'utilizzo di questi materiali.

Riepilogo delle modifiche

Versione	Data	Modifiche fra le versioni	Stato
1.0.0	2023.09.26	Prima versione.	Approvata
2.0	2024.04.05	Seconda versione.	Approvata
3.0	2024.08.19	Terza versione.	Approvata

Indice

1	Convenzioni	5
2	Note e avvertenze	6
3	Introduzione	7
3.1	Usò previsto	7
3.1.1	Indicazioni	7
3.1.2	Controindicazioni	7
3.1.3	Profilo utente	7
3.1.4	Popolazione di pazienti	7
3.2	Simboli ed etichette	8
3.3	Prestazioni cliniche.....	9
3.4	Durata di vita.....	10
3.5	Requisiti di sistema	11
3.6	Cybersicurezza.....	11
3.7	Accedere a Bittium Respiro Analyst.....	11
3.8	Convalida della qualità dei dati di registrazione sulla piattaforma di servizi Bittium MedicalSuite 13	
4	Presentazione di Bittium Respiro Analyst	15
4.1	Riepilogo e referto	15
4.2	Analisi	21
4.3	Report.....	25
5	Come utilizzare Respiro Analyst.....	27
5.1	Selezionare la lingua	27
5.2	Scorrere il testo.....	27
5.3	Selezionare la scala temporale.....	28
5.4	Scalare l'ampiezza del segnale	28
5.5	Cambiare il layout	29
5.5.1	Selezionare i canali visibili.....	29
5.5.2	Cambiare l'ordine dei canali	29
5.5.3	Cambiare l'altezza della riga del canale	30

5.5.4	Salvare il layout	31
5.6	Annotazioni eventi	31
5.6.1	Accettare / Rimuovere le annotazioni degli eventi.....	31
5.6.2	Escludere parti di registrazione dall'analisi.....	33
5.6.3	Creare annotazioni di eventi	34
5.6.4	Modificare annotazioni di eventi	35
5.6.5	Visualizzare i dettagli delle annotazioni di eventi.....	37
5.6.6	Ripristinare le modifiche delle annotazioni di eventi	38
5.7	Preparare un referto	38
5.7.1	Utilizzare il repertorio di frasi predefinite.....	39
5.7.2	Firma	39
5.7.3	Creare un report per il referto	40
5.8	Risoluzione dei problemi.....	40
6	Sicurezza del prodotto e informazioni sulle normative	41
6.1	Classificazione UE Respiro.....	41
6.2	Dichiarazione di conformità UE.....	41
6.3	Segnalazione di incidenti gravi.....	41
	Produttore per Respiro Analyst.....	42

1 CONVENZIONI

Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono utilizzate le seguenti convenzioni:



AVVERTENZA: le dichiarazioni di avvertenza descrivono condizioni o azioni che possono provocare lesioni o il decesso.



ATTENZIONE: le dichiarazioni di attenzione descrivono condizioni o azioni che possono provocare danni all'apparecchiatura o una perdita di dati. Le dichiarazioni di attenzione avvisano l'utente che il medico è responsabile della valutazione del significato dei risultati a seconda delle azioni e dei fattori variabili del caso.

NOTA

Le note contengono ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.



Il marchio CE e il numero di registrazione dell'organo notificato indicano che il prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali del Regolamento europeo 2017/745 sui dispositivi medici.

2 NOTE E AVVERTENZE



AVVERTENZA: Bittium Respiro Analyst non fornisce alcun tipo di diagnosi.



AVVERTENZA: Bittium Respiro Analyst è stato concepito come sistema di supporto decisionale per personale medico qualificato e non deve essere utilizzato come base unica per l'assunzione di decisioni cliniche relative alla diagnosi, alla cura e alla gestione del paziente. Tutti gli utilizzi di informazioni mediche derivanti dal programma per uno scopo diverso da quello originale o dall'uso previsto sono sconsigliati e saranno considerati una forma di uso improprio del software.



AVVERTENZA: Tutte le interpretazioni fornite e i risultati numerici e grafici devono essere esaminati in relazione alle condizioni cliniche generali del paziente e alla qualità dei dati registrati.



AVVERTENZA: È necessario tenere sempre conto dei dati grezzi.



AVVERTENZA: Gli indici e i punteggi forniti da Bittium Respiro Analyst non sono precisi, a meno che una persona adeguatamente formata non abbia impostato gli orari di inizio e di fine del sonno e le aree di esclusione pertinenti.



AVVERTENZA: Affinché i riepiloghi e gli indici vengano utilizzati come supporto decisionale, tutte le pre-annotazioni devono essere esaminate da personale adeguatamente formato.



ATTENZIONE: Non modificare il file di dati di registrazione. Potrebbe perdere o danneggiare i dati di registrazione.

NOTA

Bittium Respiro Analyst non esegue pre-analisi per russamento o aritmie da ECG. Il personale adeguatamente formato deve inserire queste annotazioni manualmente affinché le relative statistiche riepilogative possano rivelarsi utili.

3 INTRODUZIONE

Bittium Respiro Analyst™ è un'applicazione web che consente ai medici specialisti in medicina del sonno di eseguire un'analisi poligrafica con le registrazioni di Bittium Respiro™. Respiro Analyst fornisce informazioni mediche precise sui pazienti (analisi preliminari e segnali poligrafici).

Respiro Analyst consente agli specialisti del sonno che operano da remoto di analizzare le registrazioni effettuate da cliniche e centri sanitari. Il sistema mette a disposizione dello specialista del sonno un ambiente di lavoro completo per la visualizzazione e l'analisi dei segnali. Lo specialista del sonno può preparare un referto basato sull'analisi utilizzando l'apposito strumento integrato.

3.1 Uso previsto

L'applicazione Respiro Analyst è stata progettata per essere utilizzata come software di analisi nella poligrafia respiratoria notturna, che deve essere sempre eseguita su prescrizione medica. L'uso di questo software per qualsiasi altro scopo è vietato. Respiro Analyst viene solitamente utilizzato in ospedali o cliniche. Il software analizza i biosegnali del paziente registrati con Respiro™. Il software non monitora attivamente lo stato né esegue il trattamento del paziente. Inoltre, non deve essere utilizzato come applicazione per il sostegno vitale del paziente. Gli episodi annotati vanno considerati preliminari e non devono essere utilizzati come base per una diagnosi. L'utente deve verificare la qualità e la purezza dei segnali analizzati e accertarsi che gli episodi annotati siano corretti prima di eseguire l'analisi per la preparazione di un referto. Respiro Analyst non è indicato per l'uso con bambini. L'applicazione deve essere utilizzata da specialisti del sonno e operatori sanitari (in ambito ospedaliero).

3.1.1 Indicazioni

Dispnea potenzialmente correlata al sonno (respiro di Cheyne-Stokes, apnea ostruttiva, apnea centrale e apnea mista nel sonno).

3.1.2 Controindicazioni

- Il prodotto non è indicato per l'uso con pazienti pediatrici. Limite di età: 18 anni.
- Assenza di misurazione di movimenti respiratori, flusso aereo o ossimetria.


3.1.3 Profilo utente

L'applicazione è indicata per l'uso ad opera di personale medico specializzato nel settore della medicina del sonno. La formazione relativa all'uso dell'applicazione verrà messa a disposizione dal produttore su richiesta. Tuttavia, una formazione specifica non costituisce un requisito essenziale per l'uso dell'applicazione.

3.1.4 Popolazione di pazienti

Il prodotto non è indicato per l'uso con pazienti pediatrici. Limite di età: 18 anni.

3.2 Simboli ed etichette

Simbolo	Descrizione
	Il dispositivo è dotato del marchio CE indicante la conformità alle disposizioni del Regolamento 2017/745 del Consiglio sui dispositivi medici.
	Rappresentante autorizzato svizzero.
	Consultare le istruzioni per l'uso.
	Fabbricante.
	Data di fabbricazione.
	Dispositivo medico.
	Indica il numero di catalogo per l'identificazione del dispositivo medico.

3.3 Prestazioni cliniche

Gli algoritmi di pre-analisi utilizzati in Respiro Analyst sono stati convalidati mediante due set di dati, PhysioNet challenge 2018 (Tabella 1) e dati proprietari di Bittium (Tabella 2), contenenti 175 registrazioni combinate, con annotazioni di tecnici del sonno qualificati o professionisti specializzati in medicina del sonno.

- Set di dati utilizzati per la convalida delle prestazioni:
 - ⊖ Set di dati di polisonnografia Physionet challenge 2018, con 81 registrazioni con segnale del flusso aereo di pressione sufficiente e un punteggio assegnato manualmente da tecnici del sonno qualificati
 - Le aree in cui il paziente non è addormentato non sono state analizzate dagli algoritmi
 - Set di dati proprietari di Bittium di poligrafia respiratoria, con 94 registrazioni e un punteggio assegnato manualmente da specialisti del sonno nell'ambito dell'assistenza clinica di routine
 - Le aree escluse dagli specialisti del sonno non sono state analizzate dagli algoritmi
- Algoritmo per eventi respiratori
 - L'algoritmo per gli eventi respiratori produce annotazioni relative a ipopnea, apnea ostruttiva, apnea centrale e apnea mista
 - La differenza media e la deviazione standard tra l'algoritmo e il riferimento sono
 - $-0,15 \pm 3,69$ per l'indice di apnea-ipopnea (Apnea-Hypopnea Index, AHI) nel set di dati di poligrafia respiratoria
 - $4,52 \pm 4,25$ per l'AHI nel set di dati di polisonnografia
 - $-1,9 \pm 3,18$ per l'indice di apnea centrale (Central Apnea Index, CAI) nel set di dati di polisonnografia
 - $6,41 \pm 5,61$ per l'indice di apnea ostruttiva (Obstructive Apnea Index, OAI) nel set di dati di polisonnografia
- Algoritmo per eventi di desaturazione dell'ossigeno
 - L'algoritmo per gli eventi di desaturazione dell'ossigeno produce annotazioni di eventi di desaturazione dell'ossigeno con una caduta pari o superiore al 3% nella saturazione dell'ossigeno
 - La differenza media e la deviazione standard tra l'algoritmo e il riferimento per l'indice di desaturazione dell'ossigeno (ODI3) sono pari a $-0,14 \pm 2,82$ nel set di dati di poligrafia respiratoria

Tabella 1. Sensibilità, specificità, predittività positiva e predittività negativa del rilevamento dell'apnea nel sonno e classi di gravità dell'apnea nel sonno basate sull'AHI nel set di dati della polisonnografia di PhysioNet

Gravità dell'apnea nel sonno	Sensibilità	Specificità	Predittività positiva	Predittività negativa
normale (AHI < 5)	0,71	1,00	1,00	0,94
apnea nel sonno leggera (5 ≤ AHI < 15)	0,50	0,91	0,71	0,81
apnea nel sonno moderata (15 ≤ AHI < 30)	0,78	0,73	0,71	0,80
apnea nel sonno grave (AHI ≥ 30)	1,00	0,91	0,46	1,00
apnea nel sonno (AHI ≥ 5)	1,00	0,71	0,94	1,00

Tabella 2. Sensibilità, specificità, predittività positiva e predittività negativa del rilevamento dell'apnea nel sonno e classi di gravità dell'apnea nel sonno basate sull'AHI nel set di dati proprietari di Bittium di poligrafia respiratoria

Gravità dell'apnea nel sonno	Sensibilità	Specificità	Predittività positiva	Predittività negativa
normale (AHI < 5)	0,67	0,99	0,91	0,94
apnea nel sonno leggera (5 ≤ AHI < 15)	0,84	0,89	0,79	0,92
apnea nel sonno moderata (15 ≤ AHI < 30)	0,80	0,91	0,77	0,93
apnea nel sonno grave (AHI ≥ 30)	0,91	0,96	0,87	0,97
apnea nel sonno (AHI ≥ 5)	0,99	0,67	0,94	0,91

3.4 Durata di vita

La durata di vita stimata di Respiro Analyst è di circa [2] anni, se mantenuta in condizioni corrette. La durata di vita di Respiro Analyst può variare in base al relativo programma per le principali versioni.

3.5 Requisiti di sistema

I requisiti di sistema consigliati per l'uso di Respiro Analyst sono:

- Intel(R) Core (TM) i5-8265U CPU a 1,60 GHz
- 8 GB di RAM o superiore
- Risoluzione minima consigliata: Full HD (1920 x 1080)
- Sistema operativo: Windows 10
- Browser: Mozilla Firefox, Google Chrome o Microsoft Edge
- Rete: min. connessione a banda larga affidabile

L'applicazione Respiro Analyst è stata progettata per essere utilizzata solo con registrazioni effettuate con Bittium Respiro.

Inoltre, poiché Respiro Analyst è disponibile come servizio (in quanto parte di Bittium MedicalSuite™), non richiede l'installazione di applicazioni software aggiuntive nel computer. Rivolgersi al proprio service provider per ottenere l'URL corretto che consente di avere accesso a Respiro Analyst.

3.6 Cybersicurezza

Installare tutte le patch di sicurezza consigliate dal fornitore del sistema operativo e aggiornare il browser a intervalli regolari. Non condividere gli account con altre persone e tenere la password al sicuro. Non utilizzare lo stesso computer per attività diverse dalle attività cliniche, ad esempio per videogiochi o social media.

3.7 Accedere a Bittium Respiro Analyst

Prima di utilizzare Bittium Respiro Analyst è necessario effettuare l'accesso a Bittium MedicalSuite Center utilizzando le credenziali fornite dal proprio amministratore di sistema. Per ulteriori informazioni su Bittium MedicalSuite Center, consultare la Guida clinica dei servizi MedicalSuite HSAT.

1. Accedere a Bittium MedicalSuite Center.




Figura 1 Pagina di accesso

2. Premere il pulsante "Analyze" (Analizza) nella vista Dashboard di MedicalSuite Center per aprire la relativa registrazione in Respiro Analyst.

The screenshot shows the MedicalSuite Center Dashboard. At the top, there is a navigation bar with the Bittium logo, 'Dashboard', and 'Recordings' tabs. The user is identified as Daniela DiagnosticUser. Below the navigation bar, the 'Dashboard' section is titled, and there is an 'Edit dashboard' button. The dashboard features four summary cards: 'Created' (0), 'Active' (3), 'Ended' (57), and 'Closed' (10). Below these cards is a section titled 'Diagnostic report needed' with a dropdown menu set to 'All My Assignments'. A table lists three diagnostic reports with columns for ID, Test diag group, Start date, Duration, and actions (Close, Analyze, Download).

ID	Test diag group	Start date	Duration	Actions
23-30-48	Test diag group 1	31.01.2022 11:08	1 day(s)	Close Analyze Download
22-17-45	Test diag group 1	31.01.2022 11:09	1 day(s)	Close Analyze Download
23-20-08	Test diag group 1	31.01.2022 11:09	1 day(s)	Close Analyze Download

Figura 2 Dashboard del MedicalSuite Center

È possibile anche aprire una registrazione in Respiro Analyst selezionandola nella vista Dashboard di MedicalSuite Center e facendo clic sull'icona dell'istogramma nella scheda Recording data (Registrazione dati), come mostra la figura qui sotto.

The screenshot shows the 'Recording data' section in MedicalSuite Center. It includes tabs for 'Recording data', 'Patient details', 'Anamneses', 'Patient diary', and 'Recording details'. Below the tabs is an 'Attachments' section with a 'Download' button and an 'Include all attachments' checkbox. The 'Recording data' table has columns for Day No., Start date of file, Duration, Status, and Quality. A tooltip points to the 'Analyze' icon in the table, stating 'Open recording in the integrated analysis software'.

Day No.	Start date of file	Duration	Status	Quality
1/1	15.10.2021 20:30	08h 36m	Open	Good

Figura 3 Scheda Dati registrazione nel MedicalSuite Center

3.8 Convalida della qualità dei dati di registrazione sulla piattaforma di servizi Bittium MedicalSuite

Quando i file dei dati di registrazione vengono convalidati e salvati sul Bittium MedicalSuite Center, i dati di registrazione vengono trasferiti a **Bittium Respiro Analyst** per la convalida automatica della qualità dei dati. Dopo la convalida della qualità dei dati, le informazioni sulla qualità vengono inviate al **MedicalSuite Center** e la clinica può verificare dalla visualizzazione **Singola registrazione** se la qualità dei dati registrati è **buona**, **discreta** o **scarsa**. Questo aiuta la clinica a valutare se i dati possono essere impiegati per ulteriori analisi o se è necessaria una nuova registrazione.

I seguenti fattori fanno sì che la qualità dei dati di registrazione sia valutata come **buona**:

- La durata della registrazione è **> 5 ore**
- Il segnale è tecnicamente adeguato per **almeno 4 ore** nei canali più importanti:
 - Saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e flusso di pressione O
 - Saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e RIP torace e RIP addome

I seguenti fattori fanno sì che la qualità dei dati di registrazione sia valutata come **discreta**:

- La durata della registrazione è **< 5 ore**
- Il segnale è tecnicamente adeguato per **meno di 4 ore** nei canali più importanti:
 - Saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e flusso di pressione O
 - Saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e RIP torace e RIP addome

I seguenti fattori fanno sì che la qualità dei dati di registrazione sia valutata come **scarsa**:

- La durata della registrazione è **< 4 ore**
- Il segnale è tecnicamente adeguato per **meno di 4 ore** nei canali più importanti:
 - Saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e flusso di pressione E
 - Saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e RIP torace e RIP addome

NOTA

Il segnale in un canale non deve essere tecnicamente adeguato in modo continuo, perché il segnale tecnicamente adeguato può essere costituito da dati di canali separati (ad esempio, flusso di pressione e RIP).

Inoltre, è possibile utilizzare la funzione Edit dashboard (Modifica dashboard) per selezionare le voci presenti nella vista Dashboard di MedicalSuite Center e scegliere se visualizzarle o nasconderele:

1. Premere il pulsante "Edit dashboard" (Modifica dashboard).
2. Nascondere le voci non necessarie facendo clic sulle voci interessate nell'elenco a discesa.
3. Cambiare l'ordine delle voci trascinandole nell'elenco a discesa.




Figura 4 Modifica della dashboard nel MedicalSuite Center

4 PRESENTAZIONE DI BITTIUM RESPIRO ANALYST

Bittium Respiro Analyst comprende tre viste con le relative schede: Summary and statement (Riepilogo e referto), Analysis (Analisi) e Report.

4.1 Riepilogo e referto

Questa vista presenta i dati del paziente, i dati della registrazione e i risultati dell'analisi, mettendo anche a disposizione una sezione utile per la preparazione del referto. La vista permette all'utente di consultare lo stato complessivo del paziente e di preparare il referto. I risultati dell'analisi sono disponibili con l'analisi della registrazione e vengono aggiornati automaticamente con la creazione o la modifica delle annotazioni degli eventi.




Figura 5 Respiro Analyst - Vista Riepilogo e referto

Dati del paziente

I dati del paziente, aggiunti precedentemente in MedicalSuite Center, contengono informazioni di base sul paziente quali:

- ID paziente
- Altezza
- Peso
- Indice di massa corporea (IMC)
- Età
- Genere

Riepilogo

Il riepilogo contiene i risultati dell'analisi più importanti in forma riassuntiva:

Tabella 3 Riepilogo

Voce	Descrizione
Data di registrazione	Data di inizio della registrazione.
Tempo di registrazione totale (TRT)	Tempo di registrazione totale dall'inizio alla fine.
Periodo di valutazione	Tempo di registrazione totale meno le annotazioni degli eventi di esclusione create dall'utente a causa, ad esempio, di artefatti nei segnali o del risveglio del paziente.
Indice di apnea-ipopnea (AHI)	Numero totale di eventi respiratori (apnee + ipopnee) suddiviso per il periodo di valutazione. Nota: l'AHI è un sostituto dell'indice degli eventi respiratori (Respiratory Event Index, REI).
Indice di desaturazione dell'ossigeno (ODI3)	Numero totale pari al 3% almeno di eventi di desaturazione suddiviso per il periodo di valutazione.
Russamento	Percentuale di russamento durante il periodo di valutazione.

Risultati dell'analisi

I risultati dell'analisi vengono calcolati in modo automatico sulla base delle annotazioni degli eventi nella vista Analisi. I risultati dell'analisi riportati nella sezione Riepilogo offrono una serie di informazioni sulle aree seguenti:

- Eventi respiratori
- SpO₂
- Russamento
- Posizione
- Eventi cardiaci e polso

Tutti i risultati dell'analisi sono calcolati nel periodo di valutazione, ovvero escludendo le aree che rientrano nelle annotazioni degli eventi di esclusione.

I risultati dell'analisi relativi al russamento, agli eventi cardiaci e al respiro di Cheyne-Stokes sono disponibili esclusivamente se i relativi eventi vengono registrati manualmente, poiché non è presente alcuna pre-analisi automatica per i suddetti eventi.

I risultati delle analisi vengono resi disponibili per ciascuna posizione del corpo, ovvero calcolando gli eventi che si sono verificati in una specifica posizione del corpo e, nel caso degli indici, suddivisi per il tempo di sonno nella posizione. La posizione non supina include diverse posizioni del corpo, ovvero prona, sul lato destro e sul lato sinistro, mentre la posizione sconosciuta include la verticale e quelle sconosciute.

Respiratory events

	Total	Supine	Non-supine				Upright	Unknown
			Total	Left	Right	Prone		
Apnea-hypopnea index (AHI)	8.7/h	15.4/h	2.1/h	4/h	1.4/h	0/h	0/h	0/h
Central apnea index (CAI)	0.6/h	1/h	0.2/h	0/h	0.3/h	0/h	0/h	0/h
Respiratory event (RE)	72	63	9	5	4	0	0	0
Obstructive apnea event	4	4	0	0	0	0	0	0
Central apnea event	5	4	1	0	1	0	0	0
Mixed apnea event	0	0	0	0	0	0	0	0
Hypopnea event	63	55	8	5	3	0	0	0
Cheyne-Stokes respiration (CS)	N/A							

Criteria used for hypopnea scoring: Oxygen desaturation $\geq 3\%$

The airflow sensor used: Pressure Flow

SpO2

	Total	Supine	Non-supine	Upright	Unknown
Oxygen Desaturation Index $\geq 3\%$ (ODI3)	8.7/h	15.1/h	2.4/h	0/h	0/h
Oxygen Desaturation Index $\geq 4\%$ (ODI4)	1.7/h	2.7/h	0.7/h	0/h	0/h
Average SpO2	93%				
Minimum SpO2	89%				
SpO2 duration < 90%	0.1% (21s)				
SpO2 duration $\leq 88\%$	0% (0s)				

Snoring							
Total	Supine	Non-supine				Upright	Unknown
		Total	Left	Right	Prone		
1%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%

Position							
Total	Supine	Non-supine				Upright	Unknown
		Total	Left	Right	Prone		
5h 21m	17m (5 %)	5h 1m (93 %)	2h 37m (48 %)	2h 24m (44 %)	0s (0 %)	2m (0 %)	0s (0 %)

Cardiac events and pulse			
Average pulse	39 bpm	Highest pulse	79 bpm
Lowest pulse	23 bpm	Asystoles	0
Atrial fibrillations	0	Bradycardias	0
Narrow complex tachycardias	1	Sinus tachycardias	2
Wide complex tachycardias	0	Other cardiac events	0

Figura 6 Dettagli vista Riepilogo

Diario del paziente

Il diario del paziente riporta informazioni relative alla notte registrata che sono state aggiunte in precedenza in MedicalSuite Center. Il diario include anche eventi quali, ad esempio, i risvegli durante una registrazione. Il paziente può evidenziare gli eventi durante la registrazione premendo brevemente il pulsante di accensione di Respiro e un operatore sanitario può specificare i dettagli (ad esempio, andare in bagno) per gli eventi evidenziati dal paziente, oltre ad aggiungere nuovi eventi dopo la registrazione in MedicalSuite Center.

Anamnesi

La parte relativa alle anamnesi riporta informazioni generali dettagliate sul paziente che sono state aggiunte in precedenza in MedicalSuite Center.

Dettagli della registrazione

La parte relativa ai dettagli della registrazione riporta informazioni sulla struttura che ha eseguito la registrazione e sull'apparecchiatura di registrazione Respiro utilizzata.

Patient diary ▾

When did you go to bed?	23:35
In your estimation, when did you fall asleep?	23:45
What time did you wake up in the morning?	08:00
In your estimation, how many hours did you sleep	08h 15m
How did you sleep?	OK
Did you get out of bed during the recording?	No
How did you sleep compared to usual?	Normal
Other comments	N/A

> Events

Time	Duration	Event
02:32		Recorder button pressed

Anamneses ◀

Recording details ◀

Figura 7 Diario del paziente, anamnesi e dettagli della registrazione

Referto

Lo strumento apposito per i referti contiene caselle di testo in cui scrivere i risultati e le conclusioni. Include un repertorio di frasi predefinite, utili ai fini della preparazione del referto. Questa funzione è disponibile ogni volta che viene visualizzato il riepilogo dell'analisi della registrazione. Il referto può essere firmato da uno specialista del sonno.

Statement

Findings 19 words

Nearly all occurrences of respiratory events are in the supine position. The recording was technically successful and of high quality.

Conclusion 53 words

The recording findings are consistent with mild obstructive sleep apnea. Avoiding sleeping in a supine position (positional therapy), for example by placing a tennis ball in the back of the pajamas or wearing a sleep apnea belt, might be sufficient treatment. It is recommended to confirm the treatment outcome with a new recording.

Signature

Dr. Sleep Apnea

Sentence bank

- ▶ No illness
- ▶ Severity and cause
- ▶ Positionality
- ▶ Central sleep apnea
- ▶ OHS
- ▶ Oxygen saturation
- ▶ Snoring
- ▶ Restless legs
- ▶ Reliability of the recording
- ▼ Treatment
 - Confirm treatment outcome
 - Nasal stuffiness may interfere with the treatment of sleep apnea

Figura 8 Sezione Referto, parte 1

Sotto il campo della firma sono presenti elementi selezionati che influiscono esclusivamente sul contenuto del referto. Ad esempio, i criteri selezionati per il punteggio relativo all'ipopnea non influiscono sull'analisi o sulla modalità di calcolo dei risultati dell'analisi, ma modificano la sezione di riepilogo del referto in modo da utilizzare un indice di desaturazione dell'ossigeno (ODI) pari o superiore al 4% (ODI4) invece di ODI3 nella sezione di riepilogo. Allo stesso modo, la selezione delle tipologie di sensori del flusso aereo non influisce sull'analisi o sulla modalità di calcolo dei risultati dell'analisi; i sensori utilizzati vengono solo menzionati nel referto.

Use the options below to inform the basis on which you made the analysis.

- The selections are shown in the report
- The selections do not change the analysis settings
- The selections do not affect the scored events or the calculation of the indexes

How did you determine the evaluation period?

- Evaluation period was determined based on measured signals and patient diary
- Evaluation period is the total recording time

What was the criteria used for hypopnea scoring? ODI in the summary selection will be shown according to the selection.

- Oxygen desaturation $\geq 3\%$
- Oxygen desaturation $\geq 4\%$

What type of airflow sensors were used for the analysis?

- Pressure Flow
- RIP Flow
- RIP Sum

Please select one or more options for SpO2.

- SpO2 duration $< 90\%$ during evaluation period
- SpO2 duration $\leq 88\%$ during evaluation period
- SpO2 duration $< 85\%$ during evaluation period

Figura 9 Sezione Referto, parte 2

4.2 Analisi

La vista Analisi riporta i dati di registrazione nei dettagli, con gli input provenienti dai vari sensori e dalle annotazioni degli eventi. La scala temporale della registrazione può essere regolata in un intervallo compreso tra 5 secondi e 30 minuti, oppure è possibile visualizzare l'intera registrazione in una sola schermata.




Figura 10 Respiro Analyst - Vista Analisi

Segnali

Tutti i segnali disponibili sono descritti nella tabella seguente. I segnali disponibili in una registrazione dipendono dalla configurazione dei sensori utilizzata per la registrazione.

I valori esatti per l'SpO₂ e i segnali del polso sono visibili nel canale dei segnali.

Tabella 4 Descrizione dei segnali

Segnale	Descrizione
Posizione	Le posizioni del corpo sono indicate con colore e icona. Posizioni del corpo: eretta, supina, prona, sul lato sinistro, sul lato destro, verticale, errore.
Russamento	Segnale di russamento proveniente da un microfono visualizzato in scala logaritmica.
Flusso di pressione	Flusso aereo respiratorio qualitativo derivato dal segnale di pressione di una cannula nasale con trasformazione in radice quadrata.
SpO ₂	Segnale di saturazione dell'ossigeno proveniente da un saturimetro da polso.
RIP addominale	Segnale di sforzo respiratorio proveniente da un sensore per fascia RIP addominale.
RIP toracica	Segnale di sforzo respiratorio proveniente da un sensore per fascia RIP toracica.
Attività	Segnale di attività corporea proveniente da un sensore accelerometrico tridimensionale.
Polso	Segnale di frequenza del polso proveniente da un saturimetro da polso.
ECG	Segnale di elettrocardiogramma.

Somma RIP	Somma dei segnali RIP addominale e toracica.
Flusso RIP	Flusso aereo respiratorio qualitativo come derivata temporale del segnale della somma RIP.
Diario del paziente	Orari stimati in cui il paziente si addormenta e si sveglia, oltre agli orari di altri eventi riportati nel diario del paziente.

Annotazioni eventi

Le annotazioni degli eventi sono basate sugli algoritmi di pre-analisi o vengono inserite dagli utenti, ad esempio da uno specialista del sonno o dal paziente.

Gli algoritmi di pre-analisi possono produrre le annotazioni seguenti:

- Artefatto
- Apnea centrale
- Ipopnea
- Apnea mista
- Apnea ostruttiva
- Desaturazione dell'ossigeno

Dopo la registrazione, i dati vengono pre-analizzati in automatico e vengono impostate le annotazioni degli eventi. La maggior parte delle annotazioni degli eventi possono essere liberamente modificate o rimosse, ed è anche possibile aggiungerne di nuove, se necessario. Per maggiori informazioni sull'utilizzo delle annotazioni, fare riferimento alla sezione Event annotations (Annotazioni eventi) in basso.

Le annotazioni che può creare l'utente sono descritte nella tabella seguente:

Tabella 5 Annotazioni

Annotazione evento	Descrizione	Segnali collegati
Artefatto	Un evento relativo a un artefatto evidenzia un'area in cui il segnale è disturbato a causa, ad esempio, di un errore del sensore, della bassa qualità del segnale o di una caduta del segnale ECG. I valori dei segnali nelle annotazioni di artefatti non sono inclusi nei risultati dell'analisi (ad esempio, frequenza cardiaca minima). Gli artefatti possono essere aggiunti da uno specialista del sonno.	Russamento, flusso di pressione, SpO ₂ , RIP addominale, RIP toracica, attività, polso, ECG, somma RIP, flusso RIP
Esclusione	Gli eventi di esclusione definiscono le parti della registrazione che non vengono analizzate a causa, ad esempio, della cattiva qualità dei segnali o del risveglio del paziente. Pertanto, il	Copre tutti i canali dei segnali

	periodo di valutazione corrisponde al tempo di registrazione totale meno le aree di esclusione. I valori dei segnali negli eventi di esclusione non sono inclusi nei risultati dell'analisi (ad esempio, frequenza cardiaca minima).	
Apnea centrale	Evento di apnea centrale. I criteri per l'algoritmo di pre-analisi prevedono una riduzione pari o superiore al 90% del flusso aereo con durata ≥ 10 secondi associata ad assenza di sforzo inspiratorio per l'intero periodo di assenza del flusso aereo.	Flusso di pressione, somma RIP, flusso RIP
Respiro di Cheyne-Stokes	Evento di respiro di Cheyne-Stokes.	Flusso di pressione, somma RIP, flusso RIP
Ipopnea	Evento di ipopnea. I criteri per l'algoritmo di pre-analisi prevedono una riduzione pari o superiore al 30% del flusso aereo con durata ≥ 10 secondi associata a un evento di desaturazione dell'ossigeno $\geq 3\%$.	Flusso di pressione, somma RIP, flusso RIP
Apnea mista	Evento di apnea mista. I criteri per l'algoritmo di pre-analisi prevedono una riduzione pari o superiore al 90% del flusso aereo con durata ≥ 10 secondi associata ad assenza di sforzo inspiratorio nella parte iniziale dell'evento, seguita dalla ripresa dello sforzo inspiratorio.	Flusso di pressione, somma RIP, flusso RIP
Apnea ostruttiva	Evento di apnea ostruttiva. I criteri per l'algoritmo di pre-analisi prevedono una riduzione pari o superiore al 90% del flusso aereo con durata ≥ 10 secondi associata a uno sforzo inspiratorio continuato o aumentato per l'intero periodo di assenza del flusso aereo.	Flusso di pressione, somma RIP, flusso RIP
Desaturazione dell'ossigeno	Evento di desaturazione dell'ossigeno. I criteri per l'algoritmo di pre-analisi prevedono una riduzione pari o superiore al 3% del segnale di saturazione dell'ossigeno.	SpO ₂
Russamento	Evento di russamento.	Russamento
Tachicardia sinusale	Evento di tachicardia sinusale.	ECG
Bradycardia	Evento di bradicardia.	ECG
Asistolia	Evento asistolico.	ECG
Tachicardia a complessi larghi	Evento di tachicardia a complessi larghi.	ECG
Tachicardia a complessi stretti	Evento di tachicardia a complessi stretti.	ECG
Fibrillazione atriale	Evento di fibrillazione atriale.	ECG

Altro evento cardiaco	Altro evento cardiaco.	ECG
Posizione sconosciuta	Evento di posizione corporea ambigua evidenziato dall'utente. I risultati dell'analisi vengono aggiornati in modo da tenere conto dell'evento di posizione sconosciuta che è stato creato.	Posizione

Un apposito canale del diario del paziente riporta le annotazioni provenienti dal diario consegnato dal paziente. Le annotazioni riportate nel canale del diario del paziente non possono essere create né aggiornate dall'utente. Nella tabella seguente sono indicate le possibili annotazioni visibili nel canale.

Tabella 6 Annotazioni nel diario del paziente

Annotazione nel diario	Descrizione
Pulsante di registrazione premuto	Indica che è stato premuto il pulsante Respiro
Addormentamento	Orario di addormentamento stimato
Risveglio	Orario di risveglio stimato
Mangiare o bere	Il paziente indica che sta mangiando o bevendo
Andare in bagno	Il paziente indica che è andato in bagno
Disteso sul letto	Il paziente indica che è disteso sul letto ed è sveglio
Leggere un libro	Il paziente indica che sta leggendo un libro
Altro	Indicazione di altro tipo di evento, eventualmente con l'aggiunta di testo.

4.3 Report

Una volta inseriti i risultati e le conclusioni nella sezione del referto e quando l'analisi è pronta per il report, è possibile generare una versione provvisoria del report facendo clic sul pulsante "Preview report" (Anteprima report). Se il report risulta corretto, è possibile accettarlo facendo clic sul pulsante "Accept report" (Accetta report) in alto a sinistra nella vista.

Accept report



1 of 3



Automatic Zoom




Patient

Patient ID: 23-30-48 Height: 185cm Weight: 85kg
 BMI: 24.8 Age: 58 years Gender: Male

Summary

Apnea-hypopnea index: 8.7/h
 (Supine: 15.4/h, Non-supine: 2.1/h)

Oxygen Desaturation
 Index (ODI3): 8.7/h



Recording date	15/10/2021	Recording: TRT	08h 36m (23:30 - 08:07)
Evaluation period	08h 16m (23:43 - 08:00)		

Apnea-hypopnea index (AHI) displayed here is the total number of respiratory events (Apneas + Hypopneas) divided by Evaluation period. Evaluation period was determined based on measured signals and patient diary

Statement

Findings

Nearly all occurrences of respiratory events are in the supine position. The recording was technically successful and of high quality.

Conclusion

The recording findings are consistent with mild obstructive sleep apnea. Avoiding sleeping in a supine position (positional therapy), for example by placing a tennis ball in the back of the pajamas or wearing a sleep apnea belt, might be sufficient treatment. It is recommended to confirm the treatment outcome with a new recording.

23/02/2022

Dr. Sleep Apnea

This report is the consulting doctor's opinion based on the monitoring and the available background information. The final conclusions are always made by the patient's attending doctor who has the best

Figura 11 Vista Report provvisorio


5 COME UTILIZZARE RESPIRO ANALYST

L'interfaccia utente di Bittium Respiro Analyst è suddivisa in tre viste con le relative schede: Summary and statement (Riepilogo e referto), Analysis (Analisi) e Report.

Tutte le modifiche apportate nella vista Riepilogo e referto e nella vista Analisi vengono salvate immediatamente. Lo stato del salvataggio è indicato in alto a destra. È possibile chiudere la finestra del browser in sicurezza una volta che l'indicatore mostra un segno di spunta e la dicitura "Saved" (salvato). In seguito sarà possibile riprendere il lavoro da MedicalSuite Center. Se l'indicatore mostra la dicitura "Saving..." (salvataggio in corso...), è possibile che le modifiche non siano state ancora salvate.

5.1 Selezionare la lingua

Se il report viene richiesto in una lingua specifica, sarà presente una notifica nella sezione Statement (Referto).



È possibile selezionare la lingua preferita per Respiro Analyst dalla sezione in alto a destra, accanto al profilo utente:



5.2 Scorrere il testo

È possibile scorrere la registrazione utilizzando i pulsanti o i tasti di scelta rapida, come indicato nella tabella seguente. Inoltre, l'utente può avviare lo scorrimento automatico durante il disegno spostando il cursore del mouse al di fuori dell'area del canale, sia dal lato destro che dal lato sinistro. Lo scorrimento automatico si interrompe rilasciando il pulsante del mouse o tornando nell'area del canale.

Tabella 7 Tasti di scelta rapida

Pulsante	Descrizione	Tasto di scelta rapida
◀◀	Indietro	Tasto freccia sinistra
▶▶	Avanti	Tasto freccia destra
⏮	Inizio	
⏭	Fine	

5.3 Selezionare la scala temporale

La scala temporale visibile sopra i segnali può essere regolata in modo da presentare la registrazione con incrementi compresi tra 5 secondi e 30 minuti, oppure è possibile visualizzare l'intera registrazione. Il tempo di registrazione totale è visibile nella parte superiore della vista Analisi.




Figura 12 Selezionare la scala temporale

5.4 Scalare l'ampiezza del segnale

Quando il segnale viene regolato in modo automatico facendo clic sul simbolo ~ con due frecce, il valore minimo e massimo della vista corrente è impostato come valore minimo e massimo della scala del segnale in riferimento a una determinata distanza minima tra il valore minimo e massimo.

Le scale e le ampiezze dei segnali possono essere regolate anche manualmente utilizzando la freccia verso l'alto e verso il basso che viene visualizzata quando il puntatore del mouse viene spostato sopra il nome della riga del segnale. In questo modo sarà più chiaro se il segnale è rimasto stabile o se ci sono stati cambiamenti.




Figura 13 Scalare il segnale in modo automatico e manuale

5.5 Cambiare il layout

5.5.1 Selezionare i canali visibili

I canali dei segnali visibili possono essere selezionati dall'elenco dei canali dei segnali disponibili.




Figura 14 Selezione dei canali visibili

5.5.2 Cambiare l'ordine dei canali

È possibile trascinare una riga del canale per spostarla verso l'alto o verso il basso. Selezionare la riga del canale e spostarla tenendo contemporaneamente premuto il tasto del mouse.



Figura 15 Cambiare l'ordine dei canali

5.5.3 Cambiare l'altezza della riga del canale

Per cambiare l'altezza della riga del canale, passare con il mouse sopra il bordo della riga finché il puntatore del mouse non diventa un simbolo con due frecce rivolte verso l'alto e verso il basso.




Figura 16 Cambiare l'altezza della riga del canale

5.5.4 Salvare il layout

Le opzioni di layout sono due: Default (Predefinito) e Your layout (Layout personale). Dopo aver eseguito le modifiche del layout, per salvare l'impostazione corrente come layout personale fare clic su "Update your layout" (Aggiorna layout personale). Tutte le modifiche effettuate dopo aver selezionato Update your layout sostituiscono le precedenti modifiche del layout.




Figura 17 Opzioni di layout e salvataggio del layout

È possibile modificare le seguenti voci: ordine dei canali, altezza dei canali, canali visibili e scala temporale selezionata.

5.6 Annotazioni eventi

Le annotazioni degli eventi costituiscono una funzione fondamentale per la vista Analisi. Prima del punteggio manuale, la registrazione è stata pre-analizzata automaticamente e sono state impostate le annotazioni degli eventi. Possono essere modificate liberamente a seconda delle necessità. Ad esempio, se un evento è stato pre-classificato come apnea centrale, può essere modificato in apnea mista o ostruttiva.

5.6.1 Accettare / Rimuovere le annotazioni degli eventi

La pre-analisi produce annotazioni non accettate degli eventi come proposte di eventi che possono essere facilmente accettate cliccando una volta sull'annotazione non accettata dell'evento. Le annotazioni non accettate sono racchiuse in un rettangolo formato da una linea tratteggiata grigia.



Figura 18 Annotazione dell'evento non accettata

Le annotazioni non accettate degli eventi non vengono conteggiate ai fini degli indici o dei parametri nei risultati dell'analisi, mentre tutte le annotazioni accettate degli eventi vengono conteggiate.

Per rimuovere l'annotazione di un evento è sufficiente selezionare l'annotazione e premere il pulsante "Elimina" sulla tastiera, oppure selezionare l'opzione "Rimuovi" dall'elenco che si apre. Una volta rimossa, l'annotazione dell'evento viene visualizzata come non accettata.

Le annotazioni non accettate degli eventi possono anche essere nascoste o mostrate cliccando sulle seguenti icone.



Figura 19 Nascondi e mostra i pulsanti




Figura 20 Rimuovere l'annotazione di un evento

5.6.2 Escludere parti di registrazione dall'analisi

È possibile escludere una o più parti di una registrazione dall'analisi se, ad esempio, sono presenti artefatti o in caso di risveglio del paziente. Il periodo di valutazione è definito sulla base delle annotazioni degli eventi di esclusione in modo da farlo corrispondere al tempo di registrazione totale meno le aree di esclusione. È possibile escludere la parte cancellando l'area e selezionando Exclude (Escludi), oppure cancellando l'area e selezionando Start (Inizio) o End (Fine). Le aree di esclusione sono disabilitate in modo da non includere nei risultati dell'analisi i valori dei segnali negli eventi di esclusione (ad esempio, la frequenza cardiaca minima). Inoltre, le annotazioni degli eventi che rientrano completamente negli eventi di esclusione vengono rimosse automaticamente. È anche possibile selezionare la motivazione (sconosciuta, risveglio del paziente, sensore non collegato, qualità scarsa) per un'esclusione, anche se questa motivazione non influisce sulla modalità di calcolo del periodo di valutazione.




Figura 21 Esclusione di una parte di registrazione – impostazione del periodo di inizio




Figura 22 Esclusione di una parte di registrazione – selezione della motivazione

5.6.3 Creare annotazioni di eventi

Le annotazioni possono essere create facilmente selezionando una parte di qualsiasi dei segnali registrati (nella figura seguente viene selezionato il flusso di pressione), facendo clic e tenendo premuto il pulsante destro o sinistro del mouse e trascinando il puntatore sopra l'area di interesse per l'annotazione. Una volta completata questa operazione, si apre un elenco di opzioni disponibili, come mostra la figura seguente. L'utente può selezionare la classe di annotazione dall'elenco o utilizzare il relativo tasto di scelta rapida (visibile nell'elenco). Le opzioni disponibili variano in base al segnale selezionato. Inoltre, non è possibile creare le annotazioni completamente all'interno dei periodi dei segnali di esclusione.




Figura 23 Creare annotazioni di eventi

5.6.4 Modificare annotazioni di eventi

Per modificare o rimuovere un'annotazione di un evento, incluse le annotazioni pre-analizzate automaticamente, è sufficiente selezionarla e selezionare l'opzione pertinente dall'elenco che si apre, oppure utilizzare il relativo tasto di scelta rapida (i tasti di scelta rapida sono indicati anche nell'elenco). Nell'esempio seguente è stata selezionata l'annotazione di un evento di apnea centrale da modificare in apnea ostruttiva.




Figura 24 Modificare la classe di un'annotazione

Per modificare la durata dell'annotazione, passare con il puntatore del mouse sopra l'annotazione e modificare la durata agendo sui bordi (inizio/fine).




Figura 25 Modificare la durata di un'annotazione

5.6.5 Visualizzare i dettagli delle annotazioni di eventi

È possibile visualizzare i dettagli di un'annotazione di un evento posizionando il cursore su di essa. Le informazioni visualizzate dipendono dal tipo di evento. Se la durata di un evento respiratorio è inferiore a 10 secondi, il sistema mostrerà il relativo avviso all'interno della casella delle informazioni. La lunghezza dell'annotazione dell'evento viene visualizzata in cima all'annotazione mentre questa viene disegnata o modificata.




Figura 26 Visualizzare i dettagli di un'annotazione

5.6.6 Ripristinare le modifiche delle annotazioni di eventi

È possibile ripristinare le modifiche apportate a un'annotazione di un evento premendo il pulsante "Reset" (Reimposta) in alto a sinistra nella vista Analisi. Questa operazione ripristina tutte le modifiche apportate dagli utenti alle annotazioni degli eventi.

5.7 Preparare un referto

Nella preparazione del referto il medico specialista del sonno avrà la possibilità di esaminare i risultati dell'analisi, le anamnesi e le informazioni del questionario successivo alla registrazione che possono aiutarlo a comprendere meglio le condizioni generali del paziente.

Il referto può essere salvato per permettere allo specialista del sonno di continuare il lavoro e terminarlo in seguito, oppure di assegnare la registrazione a un altro utente.

Statement

Findings

20 words

Nearly all occurrences of respiratory events are in the supine position. The recording was technically successful and of high quality.

Conclusion

53 words

The recording findings are consistent with mild obstructive sleep apnea. Avoiding sleeping in a supine position (positional therapy), for example by placing a tennis ball in the back of the pajamas or wearing a sleep apnea belt, might be sufficient treatment. It is recommended to confirm the treatment outcome with a new recording.]

Signature

Dr. Sleep Apnea

Use the options below to inform the basis on which you made the analysis.

- The selections are shown in the report
- The selections do not change the analysis settings
- The selections do not affect the scored events or the calculation of the indexes

Sentence bank

- ▶ No illness
- ▶ Severity and cause
- ▶ Positionality
- ▶ Central sleep apnea
- ▶ OHS
- ▶ Oxygen saturation
- ▶ Snoring
- ▶ Restless legs
- ▶ Reliability of the recording
- ▼ Treatment
 - Confirm treatment outcome
 - Nasal stuffiness may interfere with the treatment of sleep apnea
 - Treatment of nasal stuffiness
 - Large palatine tonsils
 - Quitting smoking
 - Mandibular advancement device

Figura 27 Sezione Referto - Repertorio di frasi predefinite

5.7.1 Utilizzare il repertorio di frasi predefinite

Lo strumento apposto per i referti include un repertorio di frasi predefinite che velocizzano la preparazione dei referti nelle parti relative ai risultati e alle conclusioni. Il repertorio di frasi è suddiviso in diverse categorie che ne facilitano la consultazione e l'organizzazione. Il repertorio di frasi si attiva quando si apportano modifiche a un referto. Le frasi provenienti dal repertorio è aggiunte ai risultati e alle conclusioni possono essere modificate liberamente.

5.7.2 Firma

Una volta redatti, i risultati e le conclusioni sono pronti per essere firmati. Successivamente, la firma viene salvata in modo da poterla riutilizzare senza doverla apporre di nuovo su ciascun referto.

5.7.3 Creare un report per il referto

Quando i risultati e le conclusioni sono stati redatti in forma scritta e sono pronti, lo specialista del sonno crea un documento che comprende un referto scritto, i risultati dell'analisi e le informazioni sul paziente e sulla registrazione. Per visualizzare un'anteprima del report, fare clic sul pulsante "Preview report" (Anteprima report) nella sezione Referto o sulla scheda Report. Dopo averlo esaminato, lo specialista del sonno può accettare il report nella versione definitiva. Il report accettato sarà visibile in MedicalSuite Center.

5.8 Risoluzione dei problemi

Se si verifica un errore in Respiro Analyst, ad esempio in seguito all'interruzione della connessione di rete, compare una notifica che chiede di verificare la connessione di rete e ricaricare la pagina. In tal caso, seguire le istruzioni e controllare attentamente che le modifiche apportate vengano salvate.

Se si verifica un errore imprevisto nei calcoli interni del software, l'utente viene reindirizzato a MedicalSuite Center e non è possibile aprire la registrazione per eseguire l'analisi. In tal caso, contattare il produttore per segnalare l'errore.

6 SICUREZZA DEL PRODOTTO E INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE

6.1 Classificazione UE Respiro

Classificazione MDR: dispositivo medico di classe IIa

6.2 Dichiarazione di conformità UE

È possibile richiedere il Certificato di conformità e la Dichiarazione di conformità, per assicurare la conformità con le direttive e le normative applicabili per Respiro Analyst, scrivendo all'indirizzo bbs@bittium.com.

6.3 Segnalazione di incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al software deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente del Paese in cui risiedono l'utente e/o il paziente. Le informazioni di contatto del produttore sono riportate alla fine del presente documento.

PRODUTTORE PER RESPIRO ANALYST

Bittium Respiro Analyst™



Bittium Biosignals Ltd
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio
Finlandia



Evismo AG
Albisriederstrasse 243 C
8047 Zürich
Switzerland

SITO WEB

Per informazioni aggiornate sui prodotti, documenti e aggiornamenti visitare il sito Bittium all'indirizzo www.bittium.com

VENDITE

Per qualsiasi domanda sui prodotti Bittium contattare il proprio rappresentante di vendita.

Bittium Biosignals Ltd.	Tel.: +358 40 344 2000
Pioneerinkatu 6	E-mail: bbs@bittium.com
70800 Kuopio	Web: https://www.bittium.com
Finlandia	

SERVIZIO DI ASSISTENZA

In caso di problemi con i dispositivi medicali Bittium, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo medical.support@bittium.com.